

Бекітемін  
Ақмола облысының денсаулық сақтау  
басқармасы жаңындағы  
«Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы» ШЖҚ МКК  
Басшысы  
А.А. Высоккий



2022 жылғы 13 сәурде ММБ сатып алу қорытындылары туралы  
№ 8 қорытынды хаттамасы

Көкшетау қ.

ашу күні-15 сағат 00 мин 12 Мамыр 2022ж.

ҚР Үкіметінің 05.08.2021ж. №375 9 тарау, 92 т. «ТМҚКК көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағдаларына» қаулысына сәйкес

1. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен ММБ сатып алу қорытындылары бекітілсін, өтінімдерді қабылдау аяқталғанға дейін төмендегі әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары ұсынылды:

Әлеуетті өнім берушілердің толық атауы, БСН, баға ұсыныстарын беру күні мен уақыты.

Жеткізушінің толық атауы	БСН / ЖСН	Баға ұсыныстарын беру күні	Баға ұсыныстарын беру уақыты

№	ХПА, ММБ, ДЗ атауы	Өлш.бірл.	Саны	Бірлік үшін бағасы	Шарттың сомасы құрайды
1	<p>Алкоголь буларының концентрациясын және қандағы алкоголь деңгейінің индикациясын өлшеуге арналған құрал: құрылғы дем шығаратын ауадағы алкоголь буларының концентрациясын өлшеуге және дем шығаратын ауаны талдау негізінде қандағы алкоголь деңгейінің индикациясына арналған. Құрылғы адамдарды анықтауға арналған көмекші құрал болып табылады. "Алкотест-203" аспабы өлшеу құралы болып табылады, оны заңнамалық метрология саласында қолдануға болады және тексеруге жатады. Құрылғы бастапқы тексеруден өткен.Метрологиялық сипаттамалары: нормаланған өлшеу диапазоны. Мг / л 0,00+0,95. Көрсеткіш диапазоны, мг / л 0,00+2.50. Қайта есептеу коэффициенті 0,5 мг/л=1,0%. Өлшеу қателігі: абсолютті. 0-ден 0,5 мг/л-ге дейінгі диапазонда, +0,05 мг/л-ден аспайтын салыстырмалы, диапазонда 0,5-тен 0,95 мг/л-ге дейін, +10% - дан аспайтын. Уақытша сипаттамалары: талдау уақыты, 15с артық емес, сынама талдағаннан кейін дайындыққа шығу уақыты 0,15 мг/л, 20С артық емес, сынаманы талдағаннан кейін дайындыққа шығу уақыты 0,5 мг/л, 30С артық емес.</p> <p>Пайдалану шарттары: Жұмыс температурасының диапазоны, -5-тен +35-ке дейін.</p> <p>Қорек: Қорек кернеуі, В8+16.</p> <p>Тұтынылатын қуат, в * А1, 5.</p> <p>Құрылымдық өлшемдері, мм 220*85*40. Салмағы,кг0, 5</p>	штук	2	85 000	

1. № лоттар бойынша баға ұсыныстарын бермеу себебі бойынша өтпеді деп танылсын.

2. Жеңімпаз жеңімпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Тапсырыс берушіге немесе сатып алушы ұйымдастырушыға 102-баптың 9-тарауына сәйкес біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын мынадай құжаттарды ұсынады:

1) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес алынған (жіберілген) рұқсаттардың (хабарламалардың) не электрондық құжат түріндегі рұқсаттардың (хабарламалардың) көшірмелері, олар туралы мәліметтер

